



Nota de Esclarecimento

A Secretaria municipal de Saúde de Araponga, através do seu representante legal, a secretaria municipal de saúde, Marília Duarte Lopes, vem por meio desta, esclarecer os questionamentos feitos dentro do processo de nº 008/2025-

Resposta requerimento item 47 = Informamos que o Desfibrilador Extensor Automático é da marca CMOS DRAKE, modelo life 400 futura.

Resposta requerimento item 26 = Informamos que observado o valor no painel de preços do site do ministério da saúde o item de CTMAT nº 392079 e descritivo: equipo bomba infusora\, tipo:parenteral\, material:isento de pvc\, tipo câmara:ponta perfurante c/ câmara flexível\, tipo gotejador:gota padrão\, tipo pinça:regulador de fluxo e corta fluxo\, tipo injetor:injetor lateral"y"\, autocicatrizante\, tipo conector:conector c/ trava rosqueada\, esterelidade:estéril\,descartável\, tipo filtro:c/ filtro ar\, partículas x. encontra-se compatível com o valor praticado no site de compras públicas. Peço que o equipo deve ser compatível com a bomba da marca CONTEC Infusion Pump, Model: SP750.

Sendo assim, sem mais para o presente momento, a Secretaria Municipal supracitada procede, desde já, à emissão de profundos e sinceros votos de agradecimento e nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

MARILIA DUARTE LOPES
Secretaria Municipal de Saúde
Araponga-MG