



Nota de Esclarecimento

A Secretaria municipal de Saúde de Araponga, através do seu representante legal, a secretária municipal de saúde, Marília Duarte Lopes, vem por meio desta, esclarecer os questionamentos feitos dentro do processo de nº 008/2025.

Resposta requerimento item 47: Informamos que o Desfibrilador Extensor Automático é da marca CMOS DRAKE, modelo life 400 futura. A conexão do eletrodo utilizada no DEA é : a) hps://ibb.co/prSGSL0.

Sendo assim, sem mais para o presente momento, a Secretaria Municipal supracitada procede, desde já, à emissão de profundos e sinceros votos de agradecimento e nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

MARILIA DUARTE LOPES
Secretaria Municipal de Saúde
Araponga-MG