



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
**Secretaria Municipal de Saúde de Araponga**

**RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO**

Em atenção aos pedidos de esclarecimento apresentados, manifesta-se nos seguintes termos:

**1. Item 138 – Fita Adesiva (Esparadrapo):**

Será aceita a apresentação na cor branca, por atender plenamente às necessidades da Administração e às finalidades previstas para o item.

**2. Item 132 – Cloreto de Sódio 0,9% – 100 mL:**

Serão aceitas as apresentações em bolsa ou frasco, desde que atendam integralmente às demais especificações técnicas constantes no edital e às exigências sanitárias aplicáveis, por ambas suprirem adequadamente a necessidade do município.

**3. Item 157 – Pá para Desfibrilador Externo Automático (DEA):**

As pás deverão ser compatíveis com o desfibrilador existente na Secretaria Municipal de Saúde, da marca CMOS DRAKE, utilizando conector específico CMOS DRAKE de 3 vias (dois contatos externos ovais e um contato central), conforme imagens anexas. Será aceita referência LT95101 ou equivalente, desde que comprove plena compatibilidade com o equipamento existente.






**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
**Secretaria Municipal de Saúde de Araponga**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Araponga**



Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Edital.

**Lavínia Ladeira Egydio**  
Coordenadora da Atenção Primária à Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde de Araponga – MG